

适用范围:

该系统适用于股动脉穿刺部位闭合,它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr或7Fr的血管鞘引导器,可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。


此外,对于术前和/或手术中接受糖蛋白(GP) IIb/IIIa抑制剂治疗的患者,该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准6Fr血管鞘引导器,可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。

(*来源于注册证)国械注进20173771688


封堵止血系统




5F-灰色



6F-绿色



7F-橙色



型号	输送外径
EX500	5F
EX600	6F
EX700	7F

沪械广审(文)第220607-22323号

注册证号: 国械注进 20173771688

重要信息: 禁忌内容或者注意事项详见说明书, 以便了解这些设备的适应症、禁忌、副作用、建议程序、警告和预防措施。作为Cordis公司持续开发产品策略的一部分, 我们保留改变产品规格而不另行通知的权利。本材料仅供医学专业人士使用。如果任何非医学专业人士意外获得本材料, 请立即销毁。